

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง (๑๑) (ข) แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๔ (๓) (ข) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่น ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะผู้อนุญาตโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาลจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม

ข้อ ๔ ในประกาศฉบับนี้

“รถทันตกรรม” หมายความว่า ยานพาหนะสำหรับให้บริการทันตกรรม

ข้อ ๕ มาตรฐานการให้บริการ ดังนี้

(๑) มาตรฐานโครงสร้าง

(ก) มีขนาด เครื่องอุปกรณ์ ส่วนควบ และจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

(ข) มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาลและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นรถทันตกรรมที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เบอร์โทรศัพท์ของสถานพยาบาล จังหวัดที่สถานพยาบาลรับการอนุญาตประกอบกิจการ

(๒) มาตรฐานการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในรถทันตกรรม ต้องมีความเหมาะสมต่อการซักประวัติ จัดทำเวชระเบียนผู้รับบริการ การให้บริการและการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ

(๓) มาตรฐานอุปกรณ์

(ก) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(ข) มีระบบระบายอากาศ โดยคำนึงถึงทิศทางการไหลเวียนของอากาศ

(ค) มีระบบไฟฟ้าสำรองที่มีกำลังเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง และมีไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จำเป็น

- (ง) มีระบบน้ำสำหรับให้บริการ และการจัดการน้ำทิ้งที่เหมาะสม
- (จ) มีภาชนะรองรับขยะติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ กรณีขยะติดเชื้อต้องเก็บมากำจัดที่สถานพยาบาล
- (ฉ) มีอ่างล้างมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิด - ปิดพร้อมน้ำยาทำความสะอาด
- (๔) มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการ
- (ก) ยูนิตทำฟัน ประกอบด้วยระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบดูดน้ำลาย ระบบน้ำบ้วนปาก และเก้าอี้คนไข้
- (ข) เก้าอี้ทันตแพทย์
- (ค) เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้มีการทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อที่เหมาะสม หรือมีหม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อในกรณีที่ต้องฆ่าเชื้อซ้ำ
- (ง) ชุดตรวจฟัน อดฟัน ถอนฟัน ชุดรักษาโรคเหงือก ชุดดูดหินน้ำลาย และเครื่องมือ อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือเครื่องมือ อุปกรณ์อื่นตามขอบเขตที่ให้บริการ
- (๕) กรณีมีเครื่องเอกซเรย์ฟัน ต้องจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ดังนี้
- (ก) เครื่องเอกซเรย์และฉากกันป้องกันอันตรายจากรังสีที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และมีใบแจ้งครอบครองที่ออกโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- (ข) เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ของเครื่องเอกซเรย์
- (ค) อุปกรณ์วัดรังสีประจำตัวบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี
- (ง) ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ทำงาน
- (จ) ป้ายสัญลักษณ์ทางรังสีติดอยู่บริเวณเอกซเรย์ให้เห็นได้ชัดเจน
- (ฉ) ป้ายแสดงลักษณะคำเตือน เช่น สตรีมีครรภ์หรือสงสัยตั้งครรภ์โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบที่บริเวณเอกซเรย์หรือที่เห็นได้ชัดเจน
- (๖) มาตรฐานยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการตรวจวัดสัญญาณชีพและการช่วยชีวิตฉุกเฉิน จัดให้มีตามความเหมาะสม ดังนี้
- (ก) ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์อื่นสำหรับการรักษาพยาบาล และช่วยชีวิตฉุกเฉิน อย่างน้อยต้องมี ยาฉีดอะดรีนาลีน ยาฉีดสเตียรอยด์ ยาแก้แพ้ กลูโคส ยาอมหรือฟันใต้ลิ้น เพื่อขยายหลอดเลือด ยาพ่นขยายหลอดลม น้ำเกลือ (NSS) และชุดอุปกรณ์ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

(ข) อุปกรณ์ในการตรวจวัดสัญญาณชีพ อย่างน้อยต้องมีเครื่องวัดความดันเลือด เครื่องวัดอุณหภูมิกาย และเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

(ค) อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินอย่างน้อยต้องมีถุงปั๊มพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ ออกซิเจน และเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

ข้อ ๖ รถทันตกรรมซึ่งเป็นยานพาหนะสำหรับให้บริการนอกโรงพยาบาล ตามข้อ ๖ วรรคสอง (๑๑) (ข) แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานรถทันตกรรมตามประกาศนี้ภายในสองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ