

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง มาตรฐานรณปฏิบัติการณ์ขั้นสูง

พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง (๑๑) (ค) แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๔ (๓) (ค) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่น ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล อธิบัติกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะผู้อนุญาต โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาลจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรณปฏิบัติการณ์ขั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรณปฏิบัติการณ์ขั้นสูง

ข้อ ๔ ในประกาศฉบับนี้

“รณปฏิบัติการณ์ขั้นสูง” หมายความว่า ยานพาหนะสำหรับให้บริการด้านเทคนิคการแพทย์

ข้อ ๕ มาตรฐานบริการ ดังนี้

(๑) มาตรฐานโครงสร้าง

(ก) มีขนาด เครื่องอุปกรณ์ ส่วนควบ และจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

(ข) เคนเตอร์ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม

(ค) มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาล และสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นรณปฏิบัติการณ์ขั้นสูงที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เบอร์โทรศัพท์ของสถานพยาบาล จังหวัดที่สถานพยาบาลรับการอนุญาตประกอบกิจการ

(๒) มาตรฐานการจัดพื้นที่ใช้สอย

(ก) พื้นที่ให้บริการภายในรณปฏิบัติการณ์ขั้นสูง ต้องมีความเหมาะสมต่อการซักประวัติ จัดทำเวชระเบียนผู้รับบริการ การให้บริการและการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ

(ข) กรณีมีการเก็บตัวอย่างที่ต้องใช้ห้องน้ำจะต้องมีห้องน้ำภายในรณปฏิบัติการณ์ขั้นสูงสำหรับเก็บตัวอย่าง

(๓) มาตรฐานอุปกรณ์

(ก) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(ข) มีระบบระบายอากาศ โดยคำนึงถึงทิศทางการไหลเวียนของอากาศ

(ค) มีระบบไฟฟ้าหรือต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองที่มีกำลังเพียงพอ สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงและติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จำเป็น

(ง) มีระบบน้ำสำหรับให้บริการ และการจัดการน้ำทิ้งที่เหมาะสม

(จ) มีภาชนะรองรับขยะติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ กรณีขยะติดเชื้อต้องเก็บมากำจัดที่สถานพยาบาล

(ฉ) มีอ่างล้างมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิด - ปิด

(๔) มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการ

(ก) เก้าอี้ และโต๊ะทำงาน

(ข) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ที่จำเป็น และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของประเภทการตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริการ สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กรณีมีตู้ปฏิบัติการชีววินิจฉัยต้องไม่น้อยกว่าระดับ ๒

(ค) ตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ และน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์

(๕) มาตรฐานยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการตรวจวัดสัญญาณชีพและการช่วยชีวิตฉุกเฉิน จัดให้มีตามความเหมาะสม ดังนี้

(ก) ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์อื่นสำหรับการรักษาพยาบาล และช่วยชีวิตฉุกเฉิน อย่างน้อยต้องมี ยาฉีดอะดรีนาลีน ยาฉีดสเตียรอยด์ ยาแก้แพ้ กลูโคส ยาอมหรือพ่นใต้ลิ้น เพื่อขยายหลอดเลือด ยาพ่นขยายหลอดลม น้ำเกลือ (NSS) และชุดอุปกรณ์ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

(ข) อุปกรณ์ในการตรวจวัดสัญญาณชีพ อย่างน้อยต้องมีเครื่องวัดความดันเลือด เครื่องวัดอุณหภูมิกาย และเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

(ค) อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินอย่างน้อยต้องมีถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ ออกซิเจน และเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

ข้อ ๖ ระเบียบปฏิบัติการชั้นสูตรซึ่งเป็นยานพาหนะสำหรับให้บริการนอกโรงพยาบาล ตามข้อ ๖ วรรคสอง (๑๑) (ค) แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานปฏิบัติการชั้นสูตรตามประกาศนี้ภายในสองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ