

## ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์

พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง (๑๑) (ก) แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๔ (๓) (ก) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่น ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในฐานะผู้อนุญาต โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาลจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์ พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ข้อ ๔ ในประกาศฉบับนี้

“รถเอกซเรย์” หมายความว่า ยานพาหนะสำหรับให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือทางรังสีวิทยา

ข้อ ๕ มาตรฐานบริการ ดังนี้

(๑) มาตรฐานโครงสร้าง

(ก) มีขนาด เครื่องอุปกรณ์ ส่วนควบ และจัดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

(ข) ผนังโดยรอบห้องที่ให้บริการเอกซเรย์ต้องระบุด้วยตะกั่วป้องกันรังสีหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าในการป้องกันรังสีได้ตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

(ค) มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาลและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เบอร์โทรศัพท์ของสถานพยาบาล จังหวัดที่สถานพยาบาลรับการอนุญาตประกอบกิจการ

(๒) มาตรฐานการจัดพื้นที่ใช้สอย

(ก) พื้นที่ให้บริการภายในรถเอกซเรย์ ต้องมีความเหมาะสมต่อการซักประวัติ จัดทำเวชระเบียนผู้รับบริการ การให้บริการและการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ

(ข) มีพื้นที่สำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เป็นสัดส่วนภายในรถเอกซเรย์

(๓) มาตรฐานอุปกรณ์

(ก) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- (ข) มีระบบระบายอากาศ โดยคำนึงถึงทิศทางการไหลเวียนของอากาศ
- (ค) มีระบบไฟฟ้าหรือต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรอง สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงและไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จำเป็น
- (๔) มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการ
- (ก) เครื่องเอกซเรย์และห้องเอกซเรย์ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และมีใบแจ้งครอบครองที่ออกโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- (ข) เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ของเครื่องเอกซเรย์
- (ค) อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี
- (ง) ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ทำงาน
- (จ) ป้ายสัญลักษณ์ทางรังสีติดอยู่ที่ทางเข้าห้องเอกซเรย์ให้เห็นได้ชัดเจน
- (ฉ) ป้ายแสดงลักษณะคำเตือน เช่น สตรีมีครรภ์หรือสงสัยตั้งครรภ์โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบที่ทางเข้าหรือที่เห็นได้ชัดเจน
- (๕) มาตรฐานยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการตรวจวัดสัญญาณชีพและการช่วยชีวิตฉุกเฉิน จัดให้มีตามความเหมาะสม ดังนี้
- (ก) ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์อื่นสำหรับการรักษาพยาบาล และช่วยชีวิตฉุกเฉิน อย่างน้อยต้องมี ยาฉีดอะดรีนาลีน ยาฉีดสเตียรอยด์ ยาแก้แพ้ กลูโคส ยาอมหรือพ่นไต้ล้น เพื่อขยายหลอดเลือด ยาพ่นขยายหลอดลม น้ำเกลือ (NSS) และชุดอุปกรณ์ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
- (ข) อุปกรณ์ในการตรวจวัดสัญญาณชีพ อย่างน้อยต้องมีเครื่องวัดความดันเลือด เครื่องวัดอุณหภูมิกาย และเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
- (ค) อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินอย่างน้อยต้องมีถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ ออกซิเจน และเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)
- ข้อ ๖ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นยานพาหนะสำหรับให้บริการนอกโรงพยาบาล ตามข้อ ๖ วรรคสอง (๑๑) (ก) แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานรถเอกซเรย์ตามประกาศนี้ภายในสองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ