

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง มาตรฐานรกรักษาพยาบาลเคลื่อนที่

พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๓) (ง) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่น ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะผู้อนุญาตโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรกรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“รกรักษาพยาบาลเคลื่อนที่” หมายความว่า ยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อการตรวจดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมหรือการป้องกันโรค แก่พนักงาน นักศึกษา ตามสัญญาประกันสุขภาพ หรือการตรวจสุขภาพประจำปีระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานนั้น ซึ่งให้บริการการประกอบโรคศิลปะ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และการประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

ข้อ ๔ มาตรฐานรกรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ ดังนี้

(๑) มาตรฐานโครงสร้างรกรักษาพยาบาลเคลื่อนที่

(ก) มีขนาด เครื่องอุปกรณ์ ส่วนควบ และจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

(ข) มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาลและลักษณะการประกอบโรคศิลปะ หรือการประกอบวิชาชีพ

เป็นรกรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ กรณีการประกอบวิชาชีพใช้ประเภท ส่วนกรณีการประกอบโรคศิลปะ ใช้สาขา เช่น รกรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ประเภทเวชกรรม รกรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ สาขากิจกรรมบำบัด เป็นต้น ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เลขหมายโทรศัพท์ของสถานพยาบาล จังหวัดที่สถานพยาบาลรับการอนุญาตประกอบกิจการ

(๒) มาตรฐานการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในรกรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ ต้องมีความเหมาะสมต่อการซักประวัติ จัดทำเวชระเบียนผู้รับบริการ การให้บริการและการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ

(๓) มาตรฐานอุปกรณ์

(ก) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(ข) มีระบบระบายอากาศ โดยคำนึงถึงทิศทางการไหลเวียนของอากาศ

(ค) มีระบบไฟฟ้าสำรองที่มีกำลังเพียงพอสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง และมีไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จำเป็น

(ง) มีระบบน้ำสำหรับให้บริการ และการจัดการน้ำทิ้งที่เหมาะสม

(จ) มีภาชนะรองรับขยะติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ กรณีขยะติดเชื้อต้องเก็บมากำจัดที่สถานพยาบาล

(ฉ) มีอ่างล้างมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิด - ปิดพร้อมน้ำยาทำความสะอาด

(๔) มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการ

(ก) แก้ว ใต้งาน

(ข) เครื่องมือ เครื่องใช้ทั่วไปและตามมาตรฐานการบริการเฉพาะวิชาชีพ ต้องจัดให้มีตามที่สภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือคณะกรรมการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดแล้วแต่กรณี

ข้อ ๕ มาตรฐานยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการตรวจวัดสัญญาณชีพและการช่วยชีวิตฉุกเฉิน จัดให้มีตามความเหมาะสม ดังนี้

(๑) ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์อื่นสำหรับการรักษาพยาบาล และช่วยชีวิตฉุกเฉิน อย่างน้อยต้องมี ยาฉีดอะดรีนาลีน ยาฉีดสเตียรอยด์ ยาแก้แพ้ กลูโคส ยาอมหรือฟันใต้ลิ้น เพื่อขยายหลอดเลือด ยาพ่นขยายหลอดลม น้ำเกลือ (NSS) และชุดอุปกรณ์ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

(๒) อุปกรณ์ในการตรวจวัดสัญญาณชีพ อย่างน้อยต้องมีเครื่องวัดความดันเลือด เครื่องวัดอุณหภูมิกาย และเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

(๓) อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินอย่างน้อยต้องมีถุงบีบลมพร้อมหน้ากากครอบช่วยการหายใจ ออกซิเจน และเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ